SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

CUSCINO ANTIDECUBITO A FIBRA CAVA SILICONATA CON FORO CENTRALE (cod. 722)

'Nome Prodotto
CUSCINO ANTIDECUBITO A FIBRA CAVA SILICONATA CON FORO CENTRALE (cod. 722)

REF	Colore
722	Bluette
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 40 Larghezza cm. 40 Diametro del Foro cm. 12/13	

Confezione da 1 pezzo.

Destinazione d'Uso
Il cuscino è indicato per aumentare il confort della seduta di chi soffre di infiammazione da decubito proteggendo le prominenze ossee evitando il problema del bottom out. Il foro permette uno scarico centrale. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali
Imbottitura: 100% Fiocco in Fibra Cava. Denier: 7 x 32 mm V.
Fodera: 100% Cotone.

Istruzioni per l'Uso
Usare come un normalissimo cuscino per seduta. Può essere utilizzato sia su sedia che su carrozzina.

Controindicazioni e Avvertenze
Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.
Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio
La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.
Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.

Temperatura max 30°C

Non candeggiare

Non asciugare in asciugatrice

Non stirare

Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione
Confezionato in sacchetto di polietilene e busta in TNT o in scatola di cartone.

Smaltimento
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.
Raccolta Differenziata:
Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica
Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta
Brochure Laterale → Raccolta Carta
Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata
Scatola → Raccolta Carta
Cuscino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia
Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND:	V08030102
Codice EMDN:	V08030102
Codice BD/RDM:	2518793

MD Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745

CE

Albo Land srl
Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy
Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902