

Nome ProdottoCUNEO PER OPERATI D'ANCA
(cod. 737)

REF	Misure (cm)	Colore Fodera
737	Base: ~ 40 x 40 Altezza: ~ da 5 a 15	Blu

Confezione da 1 pezzo.

**Destinazione d'Uso**

Dispositivo con funzione di rialzo specifico indicato per l'anca in fase di riabilitazione post operatoria. La particolare forma a cuneo è di aiuto nel mantenere le anche ad un livello più alto rispetto alle ginocchia. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Anima: 100% poliuretano elastico e indeformabile con densità pari a 25 Kg/m³ (± 5%)
Fodera: 53% poliestere e 47% poliuretano. Impermeabile, antistatico, antibatterico, antiacaro, traspirante. Autoestinguento di classe 1.

Istruzioni per l'Uso

Posizionare il dispositivo come un normale cuscino da seduta.
Utilizzare sopra ad un capo di abbigliamento per evitare un diretto contatto con la pelle.
Seguire eventuali indicazioni da parte del personale sanitario.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.
Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura della fodera. Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

L'anima interna col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di polietilene.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Cuneo → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0803

Codice EMDN: V080302

Codice BD/RDM: 2523372



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902