**SCHEDA TECNICA INFORMATIVA**

# COLLARE CERVICALE MORBIDO (cod. F0809)

**Nome Prodotto**
COLLARE CERVICALE MORBIDO
(cod. F0809)

| REF | Taglia e Misure | Colore |
|---|---|---|
| F0809 | S<br>Altezza: 8 cm<br>Lunghezza: 43 cm | Crema |
| | M<br>Altezza: 8 cm<br>Lunghezza: 46 cm | |
| | L<br>Altezza: 10 cm<br>Lunghezza: 49 cm | |
| | XL<br>Altezza: 10 cm<br>Lunghezza: 51 cm | |

**Destinazione d'Uso**
Il dispositivo è indicato per artrosi cervicale. distorsioni lievi. cervicalgie infiammatorie.
Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**
Il dispositivo è costituito da materiale "ipoallergico": cotone, poliammide, poliestere e poliuretano densità 40 rivestito da maglia di cotone. Forma anatomica e chiusura con sistema tipo velcro.
Non contiene lattice.

**Istruzioni per l'Uso**
Posizionare intorno al collo e fissare con il velcro posto nella parte posteriore.

**Controindicazioni e Avvertenze**
Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.
Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da uno specialista qualificato.
Per una buona scelta della taglia, a complemento della misurazione, è necessaria una prova del prodotto per un adattamento corretto e una buona vestibilità.
Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.
Nel caso di esigenze di rimozione del prodotto consultare il personale sanitario qualificato.
Dispositivo Non Sterile.
Seguire le istruzioni di lavaggio.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Latex Free

Dispositivo non sterile.

Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**
La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.
Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.

**SCHEDA TECNICA INFORMATIVA**

# COLLARE CERVICALE MORBIDO (cod. F0809)

Temperatura max 30°C

Non candeggiare

Non asciugare in asciugatrice

Non stirare

Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.
Il collare col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

**Tipo di Confezione**
Confezionato in scatola di cartone.

**Smaltimento**
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.
Raccolta Differenziata:
Scatola di Cartone → Raccolta Carta
Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica
Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta
Collare → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**
Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

| | |
|---|---|
| Codice CND: | Y060312 |
| Codice EMDN: | Y060312 |
| Codice BD/RDM: | 2553693 |

MD Dispositivo Medico di Classe I
*Regolamento (UE) 2017/745*

CE

Albo Land srl
Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy
Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902